

## **E**ntretien et nettoyage

### **Matériel nécessaire :**

- Tiges montées (Qtips)
- Eau bouillie (refroidie)
- Peroxyde
- Seringue 5 ml
- Sérum physiologique stérile sans agent de conservation (Addipack)
- Gobelet
- Tige de nettoyage
- Savon doux non parfumé (Ivory)
- Papier mouchoir
- Miroir

## **M**éthode de soins

Se laver les mains avec un savon doux non parfumé.

1. Assembler tout le matériel nécessaire au nettoyage. Se placer devant le miroir avec un bon éclairage.
2. Installer la lunette nasale. Débrancher le tube d'oxygène de la rallonge du cathéter Scoop 1 et le brancher à la lunette nasale.
3. Nettoyer la peau autour du cathéter en utilisant des tiges montées imbibées d'eau bouillie. S'il y a des sécrétions trop épaisses ou collantes, utiliser les tiges montées imbibées de solution de peroxyde. Bien assécher.

N.B. : Ne pas utiliser de crème ou onguent sauf si prescrit par le médecin (peut laisser des dépôts au pourtour ou sur le cathéter).

4. Préparer la seringue de sérum physiologique. Joindre délicatement la seringue au cathéter Scoop 1 et mettre 5 ml de sérum physiologique dans le cathéter, en poussant vigoureusement sur le piston de la seringue. Ceci peut occasionner de la toux et le besoin de cracher.
5. Insérer la tige de nettoyage sur toute sa longueur dans le cathéter à 2 reprises (possibilité de toux et besoin de cracher).
6. Laver la tige de nettoyage sous l'eau courante « froide » à l'aide d'un savon doux non parfumé, bien rincer et assécher.
7. Ranger la tige dans son sac.
8. Ne jamais utiliser d'eau chaude pour nettoyer la tige car elle est faite en métal et peut être affectée par la chaleur.
9. Joindre la rallonge au cathéter Scoop 1. Débrancher le tube d'oxygène de la lunette nasale et le brancher à la rallonge du cathéter. Enlever la lunette nasale.
10. S'assurer que tout soit propre après usage et se laver à nouveau les mains.

### **Extrait : Oxygénation transtrachéale**

Par : Rachel Lavallée, inf. (déc.1998)

Révisé Groupe de travail – Juin 2000



## **Endoscopie respiratoire**

### **Oxygénation transtrachéale Cathéter Scoop 1**

### **Soins de la stomie et entretien du cathéter Scoop 1**

1<sup>er</sup> Étage  
Porte 1584  
656-4570